一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	激光器	波长:532.18 士 0.01nm; 平均功率:1500mW; 脉宽:~3.158ns; 重复频率:11.65kHz(外部控制) 功率稳定性<2%(4 小时、RMS); 光斑模式:TEM00; M2<1.5; 出光口光斑直径~1.5mm; 发散角~0.4mrad; 激光头尺寸:264.7×99×94mm 驱动电源尺 寸:276.6×145×106mm3 配电源 供货期：合同签订后 3 天。	套	1	30000	30000
					合计	30000

二、报价要求

满足采购需求

三、评分细则

最低价法。