合肥理工学院固态电池一体机设备采购项目

一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	固态电池恒温箱一体机	1）温箱容积：≥200L *2）电池规格：固态电池,可放置 80 个 *3）温度范围：0-60 摄氏度 4）温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时） 5）温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时） 6）升温时间：25℃→60℃ ≤30 min 7）降温时间：25℃→0℃ ≤50 min *8) 内置 80 通道四量程 5V100mA 充放电设备，量程 1：0.2μA~0.1mA；量程 2： 0.1mA~1mA；量程 3：1mA~10mA ；量程 4：10mA~100mA 9)电压范围：-5V~ 5V 10)充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 11)放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 *13)电压精度：不低于±0.01%FS *14)电流精度：不低于±0.01%FS 15）支持充放电设备，温箱软件互联 16）可进行 CV，PITT，GITT，dQ/dV 等测试； 17）定制化软件操作系统：支持曲线对比，可定制自动报表，支持 EXCEL、TXT 等 18）配置 16 套固态模具	套	1	68000.00	68000.00
					合计	68000

二、报价要求

满足采购需求。

三、评分细则

有效最低价法。