一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	生物安全柜	1. Ⅱ级 A2 型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2.双人操作，外形尺寸：≤1800*800*2300mm（宽深高），工作区尺寸：≥1580*610*680mm（宽深高）； ★3.采用高性能风机设计，下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；（提供按照新国标 GB41918-2022 第三方检测报告） ★4.进、排风均采用超高效过滤器 ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级 10 级，可以实时百分比显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余 10%时自动提示；(提供实物图) ★5.LCD 显示屏，可同时显示下降气流及流入气流，故障报警直接显示故障名称，非代码显示，处理更快；(提供实物图) 6.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；	台	1	24000	24000

		7.整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏；(提供实物图) 8.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢； 9.一键式预约紫外灯消毒时间，可预约 2 个时间段，实现班前班后时段自动运行； 10.智能联锁控制设计，打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； 11.防水插座，位于安全柜左侧壁上，方便取电。(提供实物图) 12. 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书，同时企业通过 ISO9001 、 ISO13485 、 ISO14001、ISO45001 认证；				
					合计	24000