一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	钻孔对中装置	★1、校准证书：具有国家级第三方校准证书；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★2、放大倍数：≥40 倍；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★3、钻孔直径范围：φ1.0~φ3.0mm；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★4、钻孔深度：可控；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★5、应用范围：可在不同构件的平面、曲面、角焊缝、对接焊缝、拐角等处进行钻孔。**（投标文件中提供证明材料或报告）** 6、配套合金钻头：170 支； 7、配套应变片：500 片（120Ω±0.5）； 8、固定方式：粘贴或磁吸。	套	1	63200	63200
2	应力数据分析仪	★1、系统软件：全自动残余应力检测及分析系统 V1.0（软件必须通过中国软件行业协会认证）；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★2、多维度对比：应力检测数值与经国家级第三方校准机构校准认证梯度应力检测设备对比，误差范围≤±10MPa；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★3、示值稳定性：｜δSj|≤0.1%/4h；**（投标文件中提供证明材料或报告）** ★4、零点漂移：≤±3με/4h；**（投标文件中提供证明材料或报告）** 5、应变输入范围：0～±30000με； 6、应力测量范围：0～±6000MPa； 7、分辨率：≤0.01με； 8、电阻平衡：±5000με 9、测量通道：≥20 通道； 10、外形尺寸：≤长 550mm*宽 500mm*	套	1	86800	86800

		高 250mm： 11、供电条件：AC220V(±10%) 50Hz； 12、净重量：≤15kg； 13、适用环境温度：-15℃～40℃， 相对湿度：≤90%				
					合计	150000

二、报价要求

1.报价含设备本体、运费、安装调试、培训、质保、税费等全部费用，具体安装条件自行勘察。

2.报价为一次性不可撤销报价,不接受备选方案;负偏离关键参数视为无效报价。